

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot


2600495**Référence****90349320****Nom****Phase Mobile Méthanol / Acétonitrile / THF 70/20/10 (v/v)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
16/02/2026	12 Mois	16/02/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:

1750 ml METHANOL FOR HPLC GRADIENT GRADE Ref VWRC20864

500 ml ACETONITRILE HIPERSOLV CHROMA GRADIENT GG Ref
VWRC20060250 ml TETRAHYDROFURANNE HIPERSOLV CHROMANORM Ref
VWRC28559**Date****23/02/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité