

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600500**Référence****90188320****Nom****BUFFER 25mM (PDB)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
16/02/2026	6 Mois	16/08/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,288 g ACIDE ORTHO-PHOSPHORIQUE 85 % Ref VWRC20624
3,51 g SODIUM DIHYDROG.PHOSPHATE 2H₂O Ref VWRC28014
QSP 1000 ml eau désionisée
Filtration 0,45 µ

Date**23/02/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité