

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2600569**Référence****MC3112461000****Nom****Solution étalon carbone COT 4 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
20/02/2026	3 Mois	20/05/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,008504 g Potassium hydrogénéphthalate ref Merck 104874
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 4 mg/l

Date**23/02/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité