

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2600574**Référence****89699360****Nom****Cuivre sulfate dans HCl avec teepol****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
20/02/2026	12 Mois	20/02/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
10 g Cuivre sulfate pentahydraté Ref Prolabo 23174
50 ml Acide chlorhydrique 37% Ref Prolabo 20252
0,5 ml Teepol Ref TEEP560116C
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**23/02/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité