



CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600605

Référence

90495290

Nom

PRODUCTION

Conditionnement Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
23/02/2026	12 Mois	23/02/2027

CONFORMITE

Conforme mode opératoire :
52.5 ml Acide fluorhydrique 40% Ref VWR 20307
226.15 ml Acide nitrique 65% Ref Merck 100456
721.35 ml eau désionisée

Date	Visa
02/03/2026	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE