

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600692**Référence****MC3110380500****Nom****Tampon pH10 au chlorure d'ammonium****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
03/03/2026	6 Mois	03/09/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
54 g Ammonium chlorure Ref Merck 101145
150 ml Ammoniaque Ref Merck 105432
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**09/03/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité