

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2600716****Référence****90284260****Nom****Etalon TIC 50 ppm****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 04/03/2026         | 12 Mois              | 04/03/2027                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
0,2206 g sodium carbonate anhydre Ref Merck 106392  
0,1749 g Sodium hydrogénocarbonate Ref Merck 106329  
QSP 1000 ml eau désionisée

**Date****09/03/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité