

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2600729**Référence****MC3106081000****Nom****Solution complexante pour la mesure du TH****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
05/03/2026	12 Mois	05/03/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
3,721 g Titriplex Ref Merck 108418
0,540 g Magnésium titriplex Ref ACRO457945000
QSP 1 000 ml eau désionisée

Date**09/03/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité