

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600736**Référence****85696290****Nom****EDTA sel disodique solution à 7,4448 g/l pour le dosage
du TH****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
05/03/2026	12 Mois	05/03/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
7,4448 g TITRIPLEX III réf MERCK 1.08418
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**09/03/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité