

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600749**Référence****88587290****Nom****Bleu de toluidine en solution****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
06/03/2026	12 Mois	06/03/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
1 g Bleu de toluidine réf Thermo scientific 34860
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**09/03/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité