

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600802**Référence****89834180****Nom****Réactif de Villela****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 100 ml DIN32

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
11/03/2026	12 Mois	11/03/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
500mL Ethanol dénaturé 96% VWRC85829
25 ml Acide chlorhydrique HCl 37% VWRC20252
8g Acide picrique solution 12g/l VWRC84512

Date**17/03/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité