

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600813**Référence****90481230****Nom****Eau désionisée de conductivité < 20µS/cm et pH ≥5,5****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 250 ml B. Bleu

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
12/03/2026	12 Mois	12/03/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire :
Reconditionnement eau désionisée Ref VWR 10292 lot 24J104024
Conductivité < 20µS/cm et pH ≥5,5.

Date**17/03/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité