

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600823**Référence****MC3117660100****Nom****Solution étalon carbone COT 1 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 100 ml DIN32

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
13/03/2026	3 Mois	13/06/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,002126 g Potassium hydrogénophthalate ref Merck 104874
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 1 mg/l

Date**17/03/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité