

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2600829**Référence****MC3110120100****Nom****Réactif pico alcalin****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 100 ml DIN32

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
13/03/2026	12 Mois	13/03/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
2,5 g Carbonate lithium Ref Merck 105680
5 g Acide picrique Ref Merck 100623
QSP 1 000 ml eau désionisée

Date**17/03/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité