

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2601433**Référence****90188320****Nom****BUFFER 25mM (PDB)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
04/05/2026	6 Mois	04/11/2026

CONFORMITE


Conforme au mode opératoire:

0,288 g ACIDE ORTHO-PHOSPHORIQUE 85 % Ref VWRC20624

3,51 g SODIUM DIHYDROG.PHOSPHATE 2H₂O Ref VWRC28014

QSP 1000 ml eau désionisée

Filtration 0,45 µ

Date**19/05/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité