

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2601461**Référence****MC3112501000****Nom****Solution étalon silice 60 µg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
05/05/2026	1 Mois	05/06/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,0280 g Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 60 µg/l SiO₂

Date**19/05/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité