

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2601468**Référence****90468290****Nom****Etalon hydrazine 100 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
06/05/2026	12 Mois	06/05/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,4063 g Hydrazine sulfate ref Merck 104603
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration en Hydrazine de 100 mg/l

Date**19/05/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité