

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2601490**Référence****89739320****Nom****Mélange acetonitrile/eau 20/80 V/V****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
11/05/2026	12 Mois	11/05/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
200ml Acetonitrile HPLC Ref VWR20060
800ml Eau HPLC Ref VWR83650

Date**19/05/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité