

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2601501**Référence****87180260****Nom****Electrolyte étalon solution KCl 0.001 M****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
12/05/2026	12 Mois	12/05/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,07455 g potassium chlorure Ref VWR 26764
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 0,001 mol/l

Date**19/05/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité