

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2601643**Référence****90148.410****Nom****REACTIF 2 POUR MESURE DU PHENOL****PRODUCTION****Conditionnement** Jerrican DIN45 Blanc 10 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
22/05/2026	12 Mois	22/05/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
100 ml solution AMINO-4-ANTIPYRINE POUR ANALYSES Ref VWRC21161
solution à 3g/100mL
QSP 1000 ml DI-SODIUM TETRABORATE ANHYDRE GPR RECT Ref
VWRC27716 solution à 80g/2L

Date**01/06/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité