

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2601670**Référence****89733320****Nom****Solution de chlorure de fer pour G48 et A923 méthode C****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
27/05/2026	12 Mois	27/05/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
100 g Fer III Chlorure Ref Prolabo 24216
900 ml eau désionisée de Type IV
pH=1.3 +/- 0.2
Produit filtré

Date**01/06/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité