

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2601699****Référence****89588290****Nom****EGTA titrant 0,1 mol/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 01/06/2026         | 12 Mois              | 01/06/2027                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
- 38,04 g EGTA Ref Prolabo 20308  
- 250 ml soude 1 N Ref Prolabo 31627  
QSP 1000 ml eau désionisée

**Date****08/06/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité