

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2601777**Référence****90299300****Nom****Etalon Silice solution à 15 µg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD BLANC Fluoré 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
04/06/2026	1 Mois	04/07/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,0070 g Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 15 µg/l SiO₂

Date**08/06/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité