

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

2601826**Référence****24989.202****Nom****Liquide pour manometre à tube incliné****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre incolore 125 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
10/06/2026	12 Mois	10/06/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
964 ml Ethanol 96% denaturé Ref prolabo 85829
36 mg Fuschine basique 3525.0025
58 ml Eau désionisée

Date	Visa
18/06/2026	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE