

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2601863**Référence****89616260****Nom****Tampon phosphate-borate à ph 8****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
12/06/2026	12 Mois	12/06/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
8,91 g Sodium tetraborate réf merck 1.06308
12,2 g SODIUM DIHYDROGENOPHOSPHATE merck 1.06345
QSP 1000 ml eau désionisée
pH= 8,0 +/- 0,1

Date**18/06/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité