

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2601869**Référence****90341410****Nom****Réactif phénol****PRODUCTION****Conditionnement** Jerrican DIN45 Blanc 10 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
12/06/2026	12 Mois	12/06/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
50 mg SODIUM PENTACYANONITROSYLFERRATE 2H₂O ANALAR Ref VWR 27966
10 g PHENOL POUR ANALYSES ACS Ref Merck 100206
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**18/06/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité