

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2601890**Référence****90358300****Nom****Phase mobile pH=6,5****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD BLANC Fluoré 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
16/06/2026	12 Mois	16/06/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
27,6 g Sodium dihydrogénophosphate monohydraté Ref VWR 102455
QSP 2000 ml eau Normapur ref VWR 102923
Ajusté à pH=6,5 avec soude 4 mol/l ref VWR191373M
Filtration 0,22 µ

Date**29/06/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité