

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2601951**Référence****MC3072310500****Nom****Tampon pH 9.4****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
22/06/2026	12 Mois	22/06/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
3,09 g Acide borique ref Merck 100165
3,73 g Potassium chlorure Ref VWR 26764
321 ml Sodium hydroxyde 0,1 N ref VWR 31770
QSP 1000 ml eau désionisée
pH 9,40 +/- 0,05

Date**29/06/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité