

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2601952**Référence****MC3110080500****Nom****Solution cupri tartrique R1 acide****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
22/06/2026	12 Mois	22/06/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
69,2 g Sulfate de Cuivre pentahydraté Ref VWR 23174
1 ml Acide sulfurique 95 % Ref Merck 100731
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**29/06/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité