

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2601962**Référence****89746290****Nom****Chlorhydrate d'hydroxylamine dans ethanol****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
22/06/2026	12 Mois	22/06/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
70 g CHLORHYDRATE D'HYDROXYLAMINE Ref Prolabo 24708
100 ml eau désionisée
10mL Acide chlorhydrique 0.5M
QSP 1000 ml Ethanol Absolu Ref Prolabo 20821

Date**29/06/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité