

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2601980**Référence****90266290****Nom****Tampon ammonium chlorure pH 9,5****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
23/06/2026	12 Mois	23/06/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
70 g Ammonium chlorure réf 1145
Ammoniaque 25 % réf 5432
QSP 1000 ml eau désionisée
pH(20°C) =9,5 +/- 0,1

Date**29/06/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité