

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602015**Référence****85646290****Nom****Solution étalon ammonium 1 g/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
26/06/2026	12 Mois	26/06/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
2,97 g +/- 0,2 % ammonium chlorure Ref MERCK1.01145
QSP 1000 ml eau déminéralisée

Date**06/07/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité