

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2602051**Référence****87339230****Nom****Tampon phosphate solution pH 7,2****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
30/06/2026	12 Mois	30/06/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
8,5 g Dihydrogénophosphate de potassium Ref Merck 104873
21,75 g Hydrogenophosphate de dipotassium Ref VWR 26931
33,4 g Hydrogenophosphate de disodium Ref Merck 106574
1,7 g Chlorure d'ammonium Ref Merck 101145
QSP 1000 ml eau désionisée
pH=7,2

Date**06/07/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité