

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602073**Référence****85174260****Nom****Solution étalon carbone COT 500mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
02/07/2026	12 Mois	02/07/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Potassium hydrogénophthalate 1,0625 g
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 500 mg/l

Date**06/07/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité