

Certificate of Analysis

Référence : 89795290

Tampon Tris-HCl 50 mM, MgCl₂·6H₂O 10mM

Lot : 2602124

Préparé le: 07/07/2026

Périmé le: 07/01/2027

CHARACTERISTICS	SPECIFICATIONS	MESURED VALUES
	Pour 1000 ml	Pour 2000 ml
Trizma hydrochloride, VWR AMRESCO référence 0234 – Lot : 24J1656667	6.06 g +/- 0.1 mg	12.12 g
MgCl ₂ · 6 H ₂ O: Prolabo référence 25108 – Lot : 24E314110	2.04 g +/- 0.1 mg	4.08 g
Eau désionisée	QSP 1000 ml +/- 0.5%	conform
pH ajusté avec du NaOH (1N) Prolabo référence 31627.290 – Lot 25L194007	7.40 +/- 0.05	7.39

Equipements utilisés:

pH-mètre Mettler Toledo SEVENGO SG2 REF LCH CHIMIE pH2

Balance SARTORIUS LA230S 230 g +/- 0.1 mg REF LCH CHIMIE B3

Conservation 6 mois à + 5°C

We Certify that this batch conforms to the specifications listed above

BDL : Below detected limit

Signé par:



O. BRINGER , Responsable Qualité

LCH CHIMIE

ZA La Vigne Grande

34600 LES AIRES

Tel: 04 67 95 05 88