

Certificate of Analysis

Référence : 89792290

TAMPON PHOSPHATE MONOSODIQUE

Lot : 2602125

Préparé le: 07/07/2026

Périmé le: 07/01/2027

CHARACTERISTICS	SPECIFICATIONS	MESURED VALUES
	Pour 1000 ml	Pour 1000 ml
NaH ₂ PO ₄ , 2 H ₂ O : Prolabo référence 28015.261 – Lot : 25H274106	15.6 g +/- 0.1 mg	15.6 g
EDTA (1mM) : Prolabo référence 20302.293- Lot : 22K174116	372 mg +/- 0.1 mg	372 mg
Eau désionisée	QSP 1000 ml +/- 0.5%	conform
pH ajusté avec avec du NaOH (1N) Prolabo référence 31627.290 – Lot 25L194007	7.40 +/- 0.05	7.39

Equipements utilisés:

pH-mètre Mettler Toledo SEVENGO SG2 REF LCH CHIMIE pH2

Balance Balance VWR TIS10102 /10kg +/- 0.01 g REF LCH CHIMIE B17

Balance SARTORIUS LA230S 230 g +/- 0.1 mg REF LCH CHIMIE B3

Conservation 6 mois à + 5°C

We Certify that this batch conforms to the specifications listed above

BDL : Below detected limit

Signé par:



O. BRINGER , Responsable Qualité

LCH CHIMIE

ZA La Vigne Grande

34600 LES AIRES

Tel: 04 67 95 05 88