

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2602126****Référence****89836.360****Nom****Acide borique 40 g/l en solution aqueuse pH 4.5****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 07/07/2026         | 12 Mois              | 07/07/2027                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
40 g acide borique Ref Merck 100165  
QSP 1000 ml eau désionisée  
pH=4,50 +/- 0,1

**Date****20/07/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité