

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602154**Référence****89782320****Nom****Methanol LC/MS avec 0.1% acide formique****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
09/07/2026	12 Mois	09/07/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
1 ml Acide formique Ref VWRC20318
QSP 1000 ml Méthanol LC/MS Ref VWR 83638

Date**20/07/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité