

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602170**Référence****89512295****Nom****TAMPON PH 2 selon Norme NF T90-431 (A autoclaver)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon Borosilicaté Schott 1 l + Bouchon

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
10/07/2026	12 Mois	10/07/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
18 ml Potassium chlorure 0,2 mol/l
1 ml Acide Chlorhydrique 0,2 mol/l
pH = 2,0 +/- 0,2

Date**20/07/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité