

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602174**Référence****89962290****Nom****Mélange acide fluorhydrique - acide nitrique****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
10/07/2026	12 Mois	10/07/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
23,8 ml Acide nitrique 65 % Ref Merck 100456
20 ml Acide Fluorhydrique 40% Ref Prolabo 20307
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**20/07/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité