

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602186**Référence****85491290****Nom****Solution étalon carbone COT 50 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
15/07/2026	12 Mois	15/07/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,1063 g Potassium hydrogénophthalate ref Merck 104874
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 50 mg/l

Date**20/07/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité