

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602228**Référence****90406290****Nom****SOLUTION ETALON TAC 10°F****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
17/07/2026	12 Mois	17/07/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
168,04 mg +/- 2 mg de sodium hydrogénocarbonate ref VWR 27778
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**20/07/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité