

Certificate of Analysis

Référence : 89948360

BAIN N°3 WOx

Lot : 2602244

Date de validité

20/07/2027

Poids final de la production: **30.01 kg**

soit un Volume de production: **30 litres**

CHARACTERISTICS	SPECIFICATIONS	MESURED VALUES
	Pour 1000 ml	Pour 30,01 kg
Sodium Hydrogénophosphate Dihydraté pour analyses Ref Merck 1.06580 lot K5583280	0.71 g +/- 0.1 g	21.3 g
Potassium Dihydrogénophosphate pour analyses Ref Merck 1.04873 lot AM2083873	0.68 g +/- 0.1 g	20.4 g
Eau désionisée conductivité > 18 Mohm	QSP 1000 ml	conform
Filtration 0,2 µ		conform

We Certify that this batch conforms to the specifications listed above
BDL : Below detected limit

Signé par:



O. BRINGER , Responsable Qualité