

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2602260**Référence****90529360****Nom****Solution étalon 500 mg/L - Analyseur Fluorure EZ3007****PRODUCTION****Conditionnement** Jerrican PEHD Incolore 5 litres DIN45

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
21/07/2026	12 Mois	21/07/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
1,105 g +/- 0.5 % SODIUM FLUORURE POUR
ANALYSES VWR 27860
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 500 mg/l
Spécifications MP 27860 : 99.0-100,5%

Date**27/07/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité