

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602301**Référence****89777180****Nom****Indicateur calcium et magnesium****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 100 ml DIN32

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
24/07/2026	12 Mois	24/07/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0.4g eriochrome black T Ref Merck 103170
4g hydroxylammonium hydrochloride Ref Prolabo 24708
up to 100 ml with methanol Ref Prolabo 20847

Date**27/07/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité