

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602321**Référence****90189290****Nom****BUFFER 300 mM (DCU CONC)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
27/07/2026	6 Mois	27/01/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
3,46 g ACIDE ORTHO-PHOSPHORIQUE 85 % Ref VWRC20624
42,12 g SODIUM DIHYDROG.PHOSPHATE 2H₂O Ref VWRC28014
QSP 1000 ml eau désionisée
Filtration 0,45 µ

Date**04/08/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité