

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2602350****Référence****85413260****Nom****Etalon phosphates 50 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 29/07/2026         | 3 Mois               | 29/10/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
50 ml Etalon phosphate 1000 mg/l ref Merck 19898  
QSP 1000 ml eau désionisée  
Soit une concentration de 50 mg/l en phosphate

**Date****04/08/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité