

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602382**Référence****85730320****Nom****Reactif de lypolyse du lait****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
31/07/2026	12 Mois	31/07/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire: pH=8,1+/-0,2
45,5 ml HCl 0,7 N
45,5 ml EDTA 80 G/L
909 ML (50 ml triethanolamine
100ml Cuivre nitrate 1M/L pH8,3
QSP1000 ml NaCl 270 g/l)

Date**04/08/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité