

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2602416****Référence****89512295****Nom****TAMPON PH 2 selon Norme NF T90-431 (A autoclaver)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon Borosilicaté Schott 1 l + Bouchon

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 04/08/2026         | 12 Mois              | 04/08/2027                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
18 ml Potassium chlorure 0,2 mol/l  
1 ml Acide Chlorhydrique 0,2 mol/l  
pH = 2,0 +/- 0,2

**Date****10/08/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité