

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2602435**Référence****90416290****Nom****RMIC 11- Réactif de Kroll****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
06/08/2026	12 Mois	06/08/2027

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
30 mL d'acide nitrique 60% réf VWR20423
20 mL d'acide fluorhydrique réf VWR20307
SQP 1000 mL d'eau désionisée

Date**10/08/2026****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité